



Su Ürünleri Fakültesi Hastalıklar Laboratuvarında Bulunan Vortex V1 Plus Laboratuar Tipi Vortex Cihazı Cihazına Ait Kullanım Talimatı

Döküman No:	SÜFAK.TL.0088
Yayın Tarihi:	19.08.2019
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

Kullanma Talimatı

1. Cihaz fişe takılır
2. Açma kapama düğmesiyle açılır.
3. Titreşim ayarlama düğmesiyle istenilen hız ayarlanır.
4. Karıştırma işlemi bittikten sonra açma kapama düğmesinden cihaz kapatılır.

HAZIRLAYAN

...../...../.....

.....
Birim Kalite Komisyonu

MZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

Dekan

MZA